


Información general	
Nombre comercial	Circuito de Anestesia - Doble Rama
Marca / Fabricante	RVENT / R Vent Medical Üretim A.Ş.
Referencia	31305254S
Registro Sanitario Ecuador	3030-DME-1017
Clasificación del riesgo	II
Método de Esterilización	Óxido de Etileno
Tamaño	Adulto
Vida útil	60 meses

Descripción del Producto



CARACTERÍSTICAS:

- Conector recto de 22M – 22mmF, conector de codo con puerto de CO2, conector en Y sin puerto, conector recto de 22M-22M.
- 22mm tubo extendible
- Tapa
- Bolsa de anestesia
- Máscara de anestesia #5
- Filtro Bacterial/Viral HME

Uso Previsto y Descripción Funcional

Dispositivos desechables usados para conducir gases médicos desde el sistema de anestesia al paciente. El sistema de respiración también se puede conectar entre el paciente, el ventilador, el absorbedor y las conexiones del monitor.